

和 保 総 号 外
令 和 6 年 1 月 2 5 日
(2 0 2 4 年)

指導監査課長 様

総務企画課長

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社による
抗原定性検査キットの自主回収について

このことについて厚生労働省から、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社（以下「シーメンス社」という。）が製品の一部に外装箱の封かんシールが無いものが混在していることが確認されたため自主回収を開始しているとの情報提供がありました。

対象製品は「クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト」で、令和4年7月から令和5年8月ごろにかけて本市から和歌山市内の福祉施設・医療機関・訪問看護ステーション等に配布されています。回収対象ロット等詳しくはシーメンス社ホームページに掲載されています。

なお、当該製品は測定結果への影響はなく、健康被害を引き起こすことはないと考えられているとのことです。

つきましては、貴所管施設及び訪問看護ステーションに対し、該当する製品を保有している場合は下記の問い合わせ先にご相談いただくよう周知をお願いします。

問い合わせ先

シーメンス社クリニテスト専用コールセンター

電話番号：03-4582-5690

受付時間：9:00～18:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

参考：シーメンス社ホームページでのお知らせ

<https://www.siemens-healthineers.com/jp/news/clinitest-covid-19-antigen-test-recall>



対象製品



和歌山市保健所 総務企画課

健康危機管理班 担当：神戸、大端、上野

TEL：073-488-5109・FAX：073-433-2313

E-mail:soumukikaku@city.wakayama.lg.jp

和 保 総 号 外
令 和 6 年 1 月 2 5 日
(2 0 2 4 年)

各訪問看護ステーションの長 様

和歌山市保健所長
(公印省略)

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社による
抗原定性検査キットの自主回収について

平素は、本市の保健衛生行政にご高配を賜りありがとうございます。

厚生労働省から、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社（以下「シーメンス社」という。）が製品の一部に外装箱の封かんシールが無いものが混在していることが確認されたため自主回収を開始しているとの情報提供がありました。

対象製品は「クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト」で、令和4年7月から令和5年8月ごろにかけて本市から和歌山市内の福祉施設・医療機関・訪問看護ステーション等に配布されています。回収対象ロット等詳しくはシーメンス社ホームページをご確認ください。該当する製品をお持ちの場合は、下記の問い合わせ先にご相談いただきますようお願いいたします。

なお、当該製品は測定結果への影響はなく、健康被害を引き起こすことはないと考えられているとのことです。

問い合わせ先

シーメンス社クリニテスト専用コールセンター

電話番号：03-4582-5690

受付時間：9:00～18:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

参考：シーメンス社ホームページでのお知らせ

<https://www.siemens-healthineers.com/jp/news/clinitest-covid-19-antigen-test-recall>



対象製品



和歌山市保健所 総務企画課

健康危機管理班 担当：神戸、大端、上野

TEL：073-488-5109・FAX：073-433-2313

E-mail:soumukikaku@city.wakayama.lg.jp

事務連絡
令和6年1月24日

各〔都道府県
保健所設置市
特別区〕衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

都道府県等に配布した抗原定性検査キットの自主回収について

平素より、厚生労働行政に御尽力、御協力を賜り誠にありがとうございます。

これまで、新型コロナウイルス感染症対策において、発熱外来の受診に代わる体制整備や高齢者施設等への集中的検査の実施のため、厚生労働省から都道府県等へ抗原定性検査キットの配布を行いました。配布した抗原定性検査キットのうち、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社（以下「シーメンス社」という。）の製品の一部について、外装箱に封かんシールの無いものが混在していることが確認され、シーメンス社にて該当ロットの自主回収を開始していますので情報提供いたします。回収対象ロットは下記のとおりです。

該当する製品をお持ちの場合は、シーメンス社にて回収を行っていますので、下記の問い合わせ先にご連絡いただき、ご相談いただきますようお願いいたします。

なお、当該製品の各構成成分は全て個別に包装されており、測定結果への影響はなく、本事象により健康被害を引き起こすことはないと考えられています。

記

1. 回収品の製造記号（番号）、出荷時期、出荷数量、使用期限

製品名：クリニテストCOVID-19 抗原迅速テスト

対象ロット	出荷時期	出荷数量	使用期限
2203336	令和4年3月22日～令和5年1月27日	126,037	令和6年2月29日
2203337	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,843	令和6年2月29日
2203338	令和4年9月5日～令和4年11月28日	126,113	令和6年2月29日
2203339	令和4年9月5日～令和4年11月28日	126,119	令和6年2月29日
2203340	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,967	令和6年2月29日
2203341	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,996	令和6年2月29日
2203342	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,947	令和6年2月29日
2203343	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,909	令和6年2月29日
2203344	令和4年9月5日～令和4年11月28日	125,713	令和6年2月29日
2203345	令和4年11月28日～令和4年11月28日	126,095	令和6年2月29日
2203346	令和4年11月28日～令和4年11月28日	126,152	令和6年2月29日

2203347	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,483	令和6年2月29日
2203348	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,608	令和6年2月29日
2203349	令和4年9月5日~令和4年9月5日	125,970	令和6年2月29日
2203350	令和4年9月5日~令和4年9月5日	125,590	令和6年2月29日
2203351	令和4年9月5日~令和4年9月5日	125,780	令和6年2月29日
2203352	令和4年8月16日~令和5年1月27日	124,849	令和6年2月29日
2203353	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,760	令和6年2月29日
2203354	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,332	令和6年2月29日
2203355	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,771	令和6年2月29日
2203356	令和4年11月28日~令和4年11月28日	126,094	令和6年2月29日
2203357	令和4年11月28日~令和4年11月28日	126,046	令和6年2月29日
2203358	令和4年11月28日~令和4年11月28日	125,681	令和6年2月29日
2203359	令和4年9月5日~令和4年9月28日	125,957	令和6年2月29日
2203360	令和4年8月5日~令和5年1月27日	125,681	令和6年2月29日
2203361	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,695	令和6年2月29日
2203362	令和4年8月8日~令和5年1月27日	125,717	令和6年2月29日
2203364	令和4年8月24日~令和5年1月27日	120,630	令和6年2月29日
2203365	令和4年8月29日~令和5年1月27日	125,391	令和6年2月29日
2203366	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,549	令和6年2月29日
2203367	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,861	令和6年2月29日
2203368	令和4年11月28日~令和4年11月28日	125,376	令和6年2月29日
2203369	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,161	令和6年2月29日
2203370	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,374	令和6年2月29日
2203371	令和4年11月28日~令和4年11月28日	126,118	令和6年2月29日
2203372	令和4年11月28日~令和4年11月28日	125,794	令和6年2月29日
2203373	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,500	令和6年2月29日
2203374	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,811	令和6年2月29日
2203375	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,870	令和6年2月29日
2203376	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,668	令和6年2月29日
2203377	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,805	令和6年2月29日
2203378	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,676	令和6年2月29日
2203379	令和4年9月5日~令和4年11月28日	126,106	令和6年2月29日
2203380	令和4年11月28日~令和4年11月28日	126,019	令和6年2月29日
2203381	令和4年9月28日~令和4年9月28日	126,085	令和6年2月29日
2203382	令和4年9月5日~令和4年9月28日	125,888	令和6年2月29日
2203383	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,932	令和6年2月29日
2203384	令和4年11月28日~令和4年11月28日	125,947	令和6年2月29日
2203385	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,740	令和6年2月29日
2203386	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,769	令和6年2月29日
2203387	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,997	令和6年2月29日
2203388	令和4年9月28日~令和4年11月28日	125,904	令和6年2月29日
2203389	令和4年9月28日~令和4年9月28日	126,038	令和6年2月29日
2203390	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,895	令和6年2月29日
2203391	令和4年9月28日~令和4年9月28日	126,152	令和6年2月29日
2203392	令和4年9月5日~令和4年9月28日	125,135	令和6年2月29日
2203393	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,930	令和6年2月29日

2203394	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,815	令和6年2月29日
2203395	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,780	令和6年2月29日
2203396	令和4年9月5日~令和4年9月28日	126,095	令和6年2月29日
2203397	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,841	令和6年2月29日
2203398	令和4年9月5日~令和4年11月28日	125,496	令和6年2月29日
2203399	令和4年9月28日~令和4年9月28日	125,623	令和6年2月29日
2203400	令和4年9月5日~令和4年11月28日	33,375	令和6年2月29日
2209146	令和4年11月24日~令和5年1月27日	125,854	令和6年8月31日

2. 問い合わせ先

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
クリニテスト専用コールセンター

電話番号：03-4582-5690

受付時間：9:00~18:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

参考：シーメンス社ホームページでのお知らせ

<https://www.siemens-healthineers.com/jp/news/clinitest-covid-19-antigen-test-recall>

以上