

令和3年5月26日



担当課	新型コロナワクチン接種調整課
電話	073-488-7405
担当	本間

新型コロナワクチンの廃棄について

本市の新型コロナワクチン接種協力医療機関において、次のとおりワクチンの廃棄事案が確認されましたので、お知らせします。

1 事案の内容

(医療機関からの報告概要)

5月26日午後接種予定のワクチン2バイアル分の希釈作業を行っていたところ、1バイアル分については規定どおり6人分のシリンジに0.3mlずつ充填できたが、もう1バイアル分について5人分充填した後、最後の1人分が0.05ml不足することが分かった。

この時点でそれまでに充填済みであった11本のシリンジは混ざっており、既に4人分は接種を行っていたため、市に連絡するとともに、ファイザー社に確認したところ、規定量に満たないものは使用しないよう指示があり、残りの8回分のシリンジについては使用不可となった。

(市の対応)

該当するバイアルとシリンジを市が回収して検証したところ、最後の1人分にも接種規定量の0.3mlを充填できたため、改めてファイザー社に確認し、6人用シリンジで規定量が充填できれば使用には問題がないとの回答を得た。

ファイザー社によると、製品(原液)の規定量は0.45mlだが、管理幅があり一定の誤差では検品を通過するため、希釈後の薬液量にも誤差は生じる可能性はあるが、規定量を規定の回数分充填することができれば使用には問題がないとのことであった。

これにより、接種済みの4人については、規定濃度のワクチンを規定量接種できたことが判明しましたが、残りの8人分のワクチンは既定の時間内に接種できず、廃棄となりました。

2 発生日

令和3年5月26日(水)

3 廃棄数

高齢者用 2バイアル(8回分) ※4回分は接種済み

4 再発防止について

ワクチン接種を行う全医療機関に対して情報共有し、改めて希釈の手順やワクチンの容器の管理の徹底に関する注意喚起を行うことで、再発防止に努めます。