



令和4年2月17日

担当課	衛生研究所
担当者	山下、畑村
電話	(073) 453-0055

新型コロナウイルスPCR検査結果の通知誤りについて

令和4年2月10日に和歌山市衛生研究所で実施したPCR検査について、保健所への結果報告に誤りがあり、その結果、PCR陽性の方に対して誤って陰性と通知した事例が発生しました。

1 経緯

2月10日（木）午後 PCR検査を実施し検査結果判明
検査台帳に転記の際、1名分の陽性結果を誤って陰性とし記入し、保健所へ報告

同日 保健所から被験者に陰性と通知

2月15日（火） 検査報告書作成のため、データを再度確認したところ誤りを発見

同日 保健所から電話にて、当該被験者及び家族に謝罪し、正しい検査結果を通知した。

2 原因

衛生研究所のPCR検査後、検査結果の転記を誤り、チェックされないまま保健所に報告したため。

3 再発防止対策

複数職員による検査結果チェックの徹底を行い、再発防止に努めます。